Verordnung der Parametereinstellung t:slim X2

mit Basal-IQ™ Technologie

Name des Patienten (Vor-, Zweit-, Nachname)

Geburtsdatum (Tag.Monat.Jahr)

1 Insulinangaben

☐ **Insulinstart** ☐ Humalog® ☐ NovoRapid®	☐ **Start mit NaCl** (Rezept für NaCl erforderlich)
☐ **Übliche Dosis Langzeitinsulin nehmen.** _____ **Einheiten.** Mit einer temporäre Basalrate von _____% starten, die _____ Stunden nach der letzten Injektion mit Langzeitinsulin endet.	☐ **Langzeitinsulin vor Pumpenstart anpassen.** ☐ _____ Stunden vor Pumpenschulung absetzen. ☐ auf _____ Einheiten vor Pumpenschulung reduzieren. ☐ Sonstiges
☐ **Nach Anweisung des Arztes** _____	

2 Persönliches Profil und Boluseinstellungen

Zeitsegmente

Uhrzeit	Basalrate (0; 0,1 - 15 IE)	Korrekturfaktor (1:0,1 – 1:33,3 mmol/l; 1:1 – 1:600 mg/dl)	KH-Verhältnis (1 - 300 g)	BZ-Zielwert (3,9 - 13,9 mmol/l; 70-250 mg/dl)
00:00				

Boluseinstellungen

Dauer der Insulinwirkung	_____ Stunden (2–8 Stunden in 1-Minuten-Schritten, Standard 5 Std.)
Maximaler Bolus	_____ Einheiten (max. Bolus: 25 Einheiten, Standard 10 Einheiten)
Kohlenhydrate (für Bolusberechnung)	☐ AUS ☐ EIN

3 Sonstige Einstellungen

Warnung niedriger Reservoirfüllstand	_____ Einheiten (10–40 Einheiten, Standard 20 Einheiten)
Auto-Abschaltung	☐ AUS ☐ EIN _____ Stunden (5–24 Std., Standard 12 Std.)
Sofort Bolus	☐ AUS ☐ EIN Gramm Kohlenhydrate: ☐ 2 ☐ 5 ☐ 10 ☐ 15 **oder** Einheiten Insulin: ☐ 0,5 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 5
Basal-IQ Technologie	☐ AUS ☐ EIN (Standard: Basal-IQ-Funktion EIN, Warnung Unterbrechen/Fortsetzen AUS)

Weitere Anweisungen: _____

✕ _____

Unterschrift des Arztes

Datum (Tag.Monat.Jahr)

*t:slim X2 - nur für U100 Insulin Humalog® und NovoRapid® zugelassen

Art.-Nr. 30984 - 01/2021